DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Basic UDI-DI : 5415174MoostF5

Actor ID/SRN : BE-MF-000019750

Il fabbricante:

VERMEIREN GROUP

Indirizzo :

Vermeirenplein 1-15

2920 Kalmthout

Belgio

dichiara sotto la propria responsabilità, che i seguenti dispositivi medici marchiati CE :

Gruppo di prodotti:	Elettrici di sostegno per la carrozzine manuali
Destinazione d'uso:	Dispositivo aggiunto a una carrozzina manuale per assistere l'utente o l'assistente a spostare o spingere la carrozzina. (WHO ICF: d450, d460, d469, d498, d499)
ISO 9999:	12 24 09
EMDN:	Y122410
Marchio:	Vermeiren
Tipo:	Moost

sono classificati come di Classe I, come da allegato VIII (EU) 2017/745/MDR, riga 13,

e vengono fabbricati secondo le regolamenti e/o sotto riportate, comprese le ultime variazioni e secondo la legge nazionale che regolamenta dette direttive:

MDR (EU) 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

ed è conforme alle parti applicabili dei seguenti standard internazionali:

EN 12184:2022

Luogo, Data: Kalmthout, 2026-04-08

Firma:

Nome: Patrick Vermeiren

Ruolo: CEO